

SCHEDA TECNICA



Nome del prodotto:

BOCCAGLIO DI CARTONE

Applicazione:

per test di funzionalità respiratoria

Descrizione:

dispositivo di collegamento per l'espiazione del paziente, da porre tra lo spirometro e la bocca del paziente

Codice del prodotto:

	<i>diam int.</i>	<i>diam est.</i>
cod. art. 30841/A	Ø 24,0	Ø 27,0 mm
cod. art. 30841/C	Ø 27,0	Ø 30,0 mm
cod. art. 30841/D	Ø 27,0	Ø 30,5 mm
cod. art. 30841/E	Ø 30,3	Ø 33,0 mm
cod. art. 30841/F	Ø 19,0	Ø 22,0 mm

30841/A	Produttore (apparecchio)	Fukuda, Medical Graphics, Biomedin
30841/C	"	Mir, Vitalograph, Micromedical
30841/D	"	Cosmed
30841/E	"	Vyaire, Sensormedics, Jaeger
30841/F	"	pediatrico

Materiale di costruzione: carta kraft per uso alimentare

Materiale termosaldatura: polefine®

Peso: da 4,00 a 8,00 gr

Lunghezza: 70,0 mm

Metodica di lavorazione: **CE** 0476 Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) Dispositivo Classe IIa

Utilizzo: monouso

Confezione: 100 pz.

N. Repertorio: **49378/R**

Codice CND: **R 9001**

NOTA: non contiene PVC né lattice.

MADA

Spirometry Filters

MADA S.r.l.

Via Oslavia, 17 - 20134 Milano (Italy)
E-Mail: info@mada-filters.it

Tel. +39 (0)2.26924623 - Fax +39 (0)2.26924602

Web site: www.mada-filters.it