



SCHEDA TECNICA

Cod. art. 30851/M1
Cod. art. 30851/M5

Cod. art. 30851

STRINGINASO A MOLLA

per Test di funzionalità respiratoria (esame spirometrico)

Descrizione:

Dispositivo per occludere le narici e permettere un'appropriata forzata espirazione dalla bocca

Codice del prodotto:

- imbustato singolarmente:

30851 con terminali in spugna EVASS

Materiale di costruzione:

Polyoxymethylene (POM) - Ethylene Vinyl Acetate Sponge Sheet

Codice del prodotto:

- imbustato singolarmente:

30851/M1 con terminali in plastica

Materiale di costruzione:

Polyoxymethylene (POM)

Codice del prodotto:

- confezionato in busta da 5 pezzi:

30851/M5 con terminali in plastica

Materiale di costruzione:

Polyoxymethylene (POM)

Metodica di lavorazione:

CE

Peso:

4,00 gr

Utilizzo:

Monouso

Confezione:

100 pz.

FABBRICATO IN ITALIA
DA MADA

Numero di Repertorio: 2641089

Codice CND: R9099

NOTE: non contiene PVC, né lattice. Prodotto non sterile. È anallergico. TEST di BIOCOMPATIBILITA'

MADA

Spirometry filters